

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – 2023

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONCORDIA, ANTIOQUIA

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Infraestructura – Instalaciones Físicas – Mantenimientos	3
1.1 Dotación – Mantenimiento	3
2. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3
2.1 DEFINICIONES:	3
3. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5
5. METAS	5
6. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5
7. COMPONENTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	6
7.1 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: (Pintura, establecimiento y reparaciones locativas)	6
7.2 MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	6
7.2.1 COMUNICACIÓN E INFORMATICA: (Mantenimiento físico y lógico)	6
7.2.2 EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO: (Mantenimiento físico)	6
7.2.3 EQUIPO BIOMÉDICO: (Mantenimiento físico)	6
7.3 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)	7
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	7
8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	8
8.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	10
8.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA	21
8.4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE APOYO	40
8.5 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)	44
9. COSTO MANTENIMIENTO	45
10. OBSERVACIONES	45
11. REFERENCIAS:	45

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1769 de 1994, aclarado por el Decreto 1617 de 1995 reglamentó el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 que establece que “Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales representan más de treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberían destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria”.

De otro lado el Decreto 1011 de 2006, “Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad en Salud” establece que uno de los componentes de este sistema, es el Sistema Único de Habilitación, el cual dentro de los estándares que existe contempla los siguientes:

1.1 Infraestructura – Instalaciones Físicas – Mantenimientos

Estándar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicio ofrecido.

1.1 Dotación – Mantenimiento

Estándar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador. Este Estándar evalúa las condiciones de que el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, sean adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.

Consecuente con lo argumentado anteriormente se elaboró el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia.

2. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

2.1 DEFINICIONES:

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:

Es la actividad técnica – administrativa por medio de la cual se busca principalmente prevenir averías y restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos.

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

PLAN DE MANTENIMIENTO. El Plan de Mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al servicio de mantenimiento de cada institución.

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

DOTACIÓN HOSPITALARIA. La dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, la planta eléctrica, los equipos de lavandería y de cocina, tanques de agua, las autoclaves, el equipo de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

EQUIPO BIOMÉDICO. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional que reúne piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: los equipos de cómputo, la central telefónica, máquinas de escribir, fotocopiadora, proyector de acetatos, los equipos de radiocomunicaciones, televisor, VHS, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalaria.

EQUIPO DE TRANSPORTE. Son todos aquellos que sirve para movilizar el equipo de salud o el paciente a los diferentes sitios donde se requiere (equipo de transporte terrestre). Así como el mantenimiento de equipo de transporte, todas las reparaciones o eventualidades resultantes del funcionamiento de los equipos.

MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES. Son los muebles empleados para la prestación de los servicios y las actividades de apoyo de la entidad.

3. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

La actividad de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, tiene objetivos generales como:

- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad dispuestos por el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecidos por el Decreto 1011 de 2006.
- Asegurar la disponibilidad de recursos físicos y de dotación, y el apropiado funcionamiento de los mismos para la producción de los servicios, para así obtener la mejor eficiencia de los recursos financieros para la atención en salud, y además contribuir al equilibrio financiero de la Empresa.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

El Plan de Mantenimiento de la infraestructura y la dotación presenta los siguientes objetivos:

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.
- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario
- Suministrar a las directivas de la institución y de más dependencias el cronograma de mantenimiento para que éstas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento

5. METAS

- Cumplir al 100% las programaciones de mantenimientos preventivos.
- Responder en el menor tiempo posible a los requerimientos de mantenimientos correctivos de equipos biomédicos y físicos. Estableciendo una meta de 8 días mínimo y 1 mes máximo para realizar las correcciones.
- Ejecutar el presupuesto ajustado a los principios de transparencia, eficiencia y procurando el menor costo con la mejor calidad posible.

6. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

(5%) del presupuesto total en los hospitales públicos; para la vigencia 2023 de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Concordia ha asignado una partida presupuestal de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C (\$289.838.437)** para la ejecución del plan de mantenimiento.

7. COMPONENTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

7.1 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: (Pintura, establecimiento y reparaciones locativas)

- Edificios
- Instalaciones físicas
- Redes eléctricas, telefónicas, de sistemas y comunicaciones
- Áreas adyacentes a las edificaciones (Jardines, parques, entradas al hospital)
- Otros pertenecientes a la infraestructura

7.2 MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

7.2.1 COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA: (Mantenimiento físico y lógico)

- Equipos de cómputo
- Conmutador
- Televisores
- Fotocopiadora
- Impresoras
- Planta telefónica

7.2.2 EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO: (Mantenimiento físico)

- Planta eléctrica
- Neveras
- Tanques de abastecimiento de agua
- Autoclave
- Lámparas
- Extintores
- Compresor

7.2.3 EQUIPO BIOMÉDICO: (Mantenimiento físico)

- Ecotoner



- Equipo de órganos
- Electrocardiógrafo
- Fonendoscopios
- Tensiómetros
- Nebulizadores
- Laringoscopios
- Microscopio
- Glucómetro
- Desfibrilador
- Aspiradores
- Bomba de infusión
- Monitor de signos vitales
- Amalgamador eléctrico
- Lámparas de Fotocurado
- Cavitron
- Negatoscopios
- Horno de Laboratorio
- Centrífuga
- Equipo odontológico completo
- Equipo de RX de Odontología
- Baño María
- Fotocolorímetro
- Pipetas automáticas

7.3 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)

- Ambulancia TOYOTA placa ODT766
- Ambulancia NISSAN placa GVV539
- Ambulancia HYUNDAI placa OLI056
- Moto HONDA 125 placa DCZ34A

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3

LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMANTAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMANTAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMANTAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMANTAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
DEPOSITO DE AGUA	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPOSITOS DE AGUA
JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS	PLANTA FISICA	MESUAL	ENERO-A DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	DESBROCE Y ARREGADA DE JARDIN
JARDIN EXTERNO	PLANTA FISICA	MESUAL	ENERO-A DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	PODA DE CERCA
JARDIN EXTERNO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	FEBRERO-JULIO	SERVICIOS GENERALES	FERTILIZACION DE NARANJOS Y JARDINES
TODAS LAS AREAS Y ARREDEDORES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	CONTRATISTA	FUMIGACIONES DEL EDIFICIO

8.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
AGITADOR DE MAZZINI ELECTRONICO	Equipo de laboratorio	INDULAB	0372	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AGITADOR DE PIPETAS	Equipo de laboratorio	CLAY ADAMS	0390	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AGITADOR VORTEX V1 PLUS BOECO	Equipo de laboratorio	CLAY ADAMS	0383	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AMALGAMADOR	Equipo de Odontología	LORD	0298	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ANALIZADOR I-CHROMA	Equipo de laboratorio	READER	0382	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR DE SECRECIONES	Equipo de urgencias	MEDI-PUMP	1349	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO	Equipo de urgencias	MEDI-PUMP	1009	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

ASPIRADOR ELECTRICO	Equipo de urgencias	SILFA	1357	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO	Equipo de Odontología	SIEMENS	0345	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO THOMAS	Equipo de quirofanos y salas de parto	THOMAS	0927	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO MEDI- PUMP	Equipo de urgencias	ADVANCE	1111	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AUTOCLOVE HORIZONTAL 80 LITROS	Equipo de quirofanos y salas de parto	AUTOMAT	0915	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	Consulta externa	WELCH ALLYN	0270	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	Consulta externa	WELCH ALLYN	0411	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0582	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION SERIE 106841	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	WELCH ALLYN	1170	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000211102	Consulta externa	WELCH ALLYN	0711	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA DE BRAZO BASCULANTE	Consulta externa	INDULAB	0247	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	Consulta externa	CLAY ADAMS	410	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	Consulta externa	CLAY ADAMS	0992	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	Consulta externa	LORD	0630	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	Consulta externa	LORD	0699	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	Consulta externa	LORD	0697	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	READER	0900	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	READER	0901	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	MEDI-PUMP	0973	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	SILFA	0974	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	SIEMENS	0975	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000197639	Consulta externa	HEALTH O METER	0710	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198139	Consulta externa	HEALTH O METER	0709	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198142	Consulta externa	HEALTH O METER	0712	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION SERIE 106841	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	WELCH ALLYN	1170	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION SERIE 106821	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	WELCH ALLYN	1172	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

BOMBA DE INFUSION,	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	BODY GUARD	1171	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION HAWK-i1	HOSPITALIZACION	HAWKMED	1472	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION HAWK-i1	HOSPITALIZACION	HAWKMED	1473	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CAVITRON	Equipo de Odontologia	GOXO	0337	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CAVITRON	Equipo de Odontologia	SIEMENS	0341	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CAVITRON	Equipo de Odontologia	DENTSPLY	0342	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CENTRIFUGA	Equipo de laboratorio	INDULAB	0369	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0070	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontología	NSK	P0071	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0072	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0073	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0074	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0087	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CARRO DE PAROS STANDAR 4 GAVETAS	URGENCIAS	SIN MARCA	1518	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DERMATOSCOPIO DIGITAL	Consulta externa	DETECTO	0286	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DESFIBRILADOR BIFASICO DEA/MANUAL AVANZADO	Equipo de urgencias	LIFEGAIM	1005	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DESFIBRILADOR DEA	Equipo de urgencias	MINDRAY	1427	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DESFIBRILADOR COMEN	HOSPITALIZACION	COMEN	1577	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOGRAFO	Equipo de Apoyo Terapeutico	ADVANCE	1107	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTNE DOPPLER	HOSPITALIZACION	EDAM	1175	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE	AMBULANCIA ODT 766	EDAN	1358	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	EDAN	P0321	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE	URGENCIAS	HUNTLEINGH	1516	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER	HOSPITALIZACION	HUNTLEINGH	1494	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER	HOSPITALIZACION	EDAM	1252	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER FETAL	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	SONOTRAX	0896	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER FETAL II	CONSULTORIO 3	SONOTRAX	0285	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

ELECTROCARDIOGRAMA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	MINDRAY	1106	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ELECTROCARDIOGRAMA CON ACCESORIOS	HOSPITALIZACION SALA DEPROCEDIMIENTOS	COMEN	1550	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ELECTROCAUTERIZADOR-SUPERFRECATOR	URGENCIAS	MINDRAY	1010	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	DETECTO	0636	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	CONSULTORIO COVID	WELCHALLYN	1474	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY	0381	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE HEMOGLOBINA	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	WELCH ALLYN	0903	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS	AMBULANCIA ODT 766	WELCH ALLYN	P0303	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	WELCH ALLYN	0852	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 1	HUNTLEIGH	0223	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 3	WELCH ALLYN	0261	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 5	HEALTH METER	0594	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	HEALTH METER	P0317	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEALTH O METER	0702	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	FIREFLY	0897	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS ELECTRICO	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEALTH O METER	0988	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 2	WELCH ALLYN	0240	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 4	FIREFLY	0402	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUPO DE ORGANOS CON OFTALMO	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	FIREFLY	0898	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	CONSUTORIO PYP	RIESTER	P318	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL CON ACCESORIOS	URGENCIAS	RIESTER	P319	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDO ADULTOS	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	ALPK2	P0315	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDOPEDIATRICO	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	LORD	P0316	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FLUJOMETRO PARA OXIGENO	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	IOXIGEN	P0314	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEALTH O METER	N0126	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	LITTMAN	N0118	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	LITTMAN	N0119	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

FONENDOSCOPIO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	WELCH ALLYN	N0120	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO ADULTO	AMBULANCIA ODT 766	ALPK2	P0293	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO ADULTO	AMBULANCIA ODT 766	ALPK2	P0295	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO DIGITAL	BODEGA ALMACEN	WELCH ALLYN	0284	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AMBULANCIA ODT 766	ALPK2	P0294	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIOS	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	HEALTH O METER	N0121	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEALTH O METER	N0664	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GENERADOR DE RX	RAYOS X	DRGEM	1566	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE RAYOS X CON FLAT	RAYOS X	DRGEM RER MEDICAL	1552	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GLUCOMETRO	AMBULANCIA ODT 766	ACCU-CHECK	N0686	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GLUCOMETRO PERFORMA POR 50 TIRAS ROCHE	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	NCCUCHEK	0686	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GRADILLAS ACRILICA	LABORATORIO	KRAMER	P0094	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GRADILLAS ACRILICA	LABORATORIO	KRAMER	P0095	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
HORNO ELECTRICO MEMMERT	LABORATORIO	MEM MERT	0365	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
HORNO TERMOCULTIVO DIGITAL	LABORATORIO	INDULAB	0376	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	SALUD PUBLICA	WELCH ALLYN	N0668	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	SALUD PUBLICA	WELCH ALLYN	N0669	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR FETAL	Equipo de Apoyo Terapeutico	MINDRYVE	1110	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEBULIZADOR ELECTRICO	Equipo de urgencias	WELCH ALLYN	1044	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEBULIZADOR ELECTRICO	Consulta externa	WELCH ALLYN	0685	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEGATOSCOPIO	Equipo de Odontologia	LORD	0326	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	Equipo de Apoyo Diagnostico	TYCOS	0449	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
OTOSCOPIO DIGITAL	Consulta externa	DOMETAL	0285	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS CON TALLIMETRO.	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	DETECTO	0849	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS DE COLUMNA	Consulta externa	WELCH ALLYN	0590	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	MINDRYVE	0217	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	HEALTH O METER	0991	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

PESA BEBE BODY CAM	Equipo de quirófanos y salas de parto	HEALTH O METER	0928	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA BEBE HEALTH O METER BODY CAM	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	0848	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO	Equipo de Odontología	DE ALTA Y BAJA VELOC	N0770	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Equipo de Odontología	NSK	P0075	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Equipo de Odontología	NSK	P0076	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO RECTA	Equipo de Odontología	NSK	P0079	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PINSA DE MANO	Equipo de Odontología	NSK	P0077	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROCENTRIFUGA DE 20 PUESTOS	Equipo de laboratorio	MICRO DYNAMIC	0371	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0385	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0386	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 20 A 200	Equipo de laboratorio	SMART	0389	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0387	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0388	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOS	Equipo de laboratorio	OLYMPUS	0384	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR 401N0V0012	Equipo de urgencias	EDAM	1025	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR SGNOS VITALES 401N0V0012	Equipo de hospitalización - Estancia general	EDAM	1169	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1007	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1028	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	MEDI-PUMP	1045	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1048	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1052	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de Apoyo Diagnostico	HEAL FORCE	1348	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de Apoyo Terapeutico	ADVANCE	1105	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de Apoyo Terapeutico	ADVANCE	1052	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	MINDRAY	1470	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR FETAL CON ACCESORIOS	HOSPITALIZACION	COMEN	1557	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	HOSPITALIZACION	MINDRAY	1471	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0670	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0671	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0687	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0688	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0689	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA CIETILICA DE 5 LUCES M	Equipo de quirófanos y salas de parto	LORD	0930	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA FOTOCURADO 75	Equipo de Odontología	LORD	0302	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA FOTOTERAPIA XHZ 90	Equipo de Apoyo Terapeutico	LORD	0933	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA FRONTAL FOTOFORO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	LORD	0895	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA PARA FOTOCURADO	Equipo de Odontología	LORD	0299	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA PARA FOTOCURADO	Equipo de Odontología	OPTILUX	0339	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA PARA FOTOCURADO	Equipo de Odontología	COLTOLUX	0340	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LARINGOSCOPIO COMPLETO CON 5 VALVULAS	Equipo de urgencias	WELCH ALLYN	P0318	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontología	NSK EX 203	P0069	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontología	NSK EX 203	P0084	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontología	NSK EX 203	P0085	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontología	NSK EX 203	P0088	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0239	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0241	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0262	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0263	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0403	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0595	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TEMOHIGROMETRO DIGITAL FRANCE	VACUNACION	FRANCE	1479	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE	FARMACIA	FRANCE	1497	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE	FARMACIA	FRANCE	1498	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE	FARMACIA	FRANCE	1499	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	FARMACIA	BIOTELECTRONICA	1584	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	FARMACIA	BIOELECTRONICA	1585	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	FARMACIA	BIOTELECTRONICA	1586	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	FARMACIA	BIOTELECTRONICA	1587	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	VACUNACION	BIOTELECTRONICA	1588	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	VACUNACION	BIOTELECTRONICA	1589	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL BIOTELECTRONICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	BIOTELECTRONICA	1590	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN	PROMOCION Y PREVENCIÓN	WELCH ALLYN	P293	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
REVELADOR CR 45PPH CARESTREAM	Equipo de Apoyo Diagnostico	CR VITA FLEX	0433	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
SIERRA ELECTRICA CORTA YESO	Equipo de urgencias	CAST CUTTER	1011	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
RESPIRADOR PORTATIL	URGENCIAS	RESmat gll BPAP SYS	1500	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
RESPIRADOR PORTATIL	HOSPITALIZACION	RESmat gll BPAP SYST	1501	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TANQUE HIDROCOLECTOR	Equipo de Apoyo Terapeutico	CHATAOGGA	0248	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0404	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0592	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0291	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	0637	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0665	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0666	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO CON BRAZALETE AZUL	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELLALLYN	N0104	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO DE ADULTOS	Consulta externa	HEALT METER	0224	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO DE PARED	Consulta externa	HEALTH O METER	0989	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0292	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO PORTATIL	CONSUTORIO PYP	RIESTER	1549	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0226	ABRIL-SEPTIEMBRE	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



AGITADOR DE MAZZINI ELECTRONICO	LABORATORIO	INDULAB	0372	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AMALGAMADOR	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	LORD	0298	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	CONSULTORIO 3	WELCH ALLYN	0270	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	CONSULTORIO 4	WELCH ALLYN	0411	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	WELCH ALLYN	0582	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA DE BRAZO BASCULANTE	CONSULTORIO 2	WELCH ALLYN	0247	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	CONSULTORIO 4	WELCH ALLYN	410	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEALTH O METER	0992	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	WELCH ALLYN	0630	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	KRAMER	0699	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	WELCH ALLYN	0697	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	WELCH ALLYN	0900	MAYO	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	0637	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0665	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP		N0666	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO CON BRAZALETE AZUL	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELLALYN	N0104	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO DE ADULTOS	Consulta externa	HEALT METER	0224	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO DE PARED	Consulta externa	HEALTH O METER	0989	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL 180 KG	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALT O METER	0901	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	HEALT O METER	0973	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	HEALT O METER	0974	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	WELCH ALLYN	0975	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000197639	Consulta externa	HEALTH O METER	0710	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198139	Consulta externa	HEALTH O METER	0709	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198142	Consulta externa	HEALTH O METER	0712	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000211102	Consulta externa	HEALTH O METER	0711	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA PESA BEBE	Consulta externa	HEALTH O METER	1591	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

CENTRIFUGA	Equipo de laboratorio	INDULAB	0369	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS	Equipo de urgencias	WELCH ALLYN	P0303	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0852	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	Consulta externa	HEALTH METER	0594	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0897	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS CON OFTALMO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0898	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDO ADULTOS	Equipo de urgencias	ALPK2	P0315	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDOPEDIATRICO	Equipo de urgencias	LORD	P0316	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FLUJOMETRO PARA OXIGENO	Equipo de urgencias	IOXIGEN	P0314	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0126	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0118	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0119	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	N0120	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0293	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0295	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO DIGITAL	Consulta externa	WELCH ALLYN	0284	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN.	PROMOCION Y PREVENCIÓN	WELCH ALLYN	P294	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0294	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIOS	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0121	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0664	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
HORNO ELECTRICO MEMMERT	Equipo de laboratorio	MEM MERT	0365	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0668	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0669	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0670	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0671	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0687	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0688	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0689	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROCENTRIFUGA DE 20 PUESTOS	Equipo de laboratorio	MICRO DYNAMIC	0371	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0385	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0386	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 20 A 200	Equipo de laboratorio	SMART	0389	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0387	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0388	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOS	Equipo de laboratorio	OLYMPUS	0384	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS CON TALLIMETRO.	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	DETECTO	0849	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS DE COLUMNA	Consulta externa	WELCH ALLYN	0590	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	MINDRYVE	0217	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	HEALTH O METER	0991	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA BEBE BODY CAM	Equipo de quirófanos y salas de parto	HEALTH O METER	0928	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA BEBE HEALTH O METER BODY CAM	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	0848	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0404	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0592	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0291	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACION	CAIRE	1477	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACION	CAIRE	1508	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CAIRE	1509	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	FARMACIA	CAIRE	1512	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	FARMACIA	CAIRE	1517	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	ALMACEN BODEGA	CAIRE	1522	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	BODEGA ALMACEN	CAIRE	1525	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO COMPANION	HOSPITALIZACION	CAIRE COMPANION	1547	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO DON- PREST	BODEGA ALMACEN	AERTI	1559	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR OXIMAD	BODEGA ALMACEN	OXIGEN	1581	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

CONCENTRADOR DE OXIGENO	BODEGA ALMACEN	AERTI	1583	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCENTRADOR DE OXIGENO	BODEGA ALMACEN	AERTI	1558	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCETRADOR DE OXIGENO	BODEGA ALMACEN	LONFIAN	1526	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
CONCETRADOR DE OXIGENO COMPANION	HOSPITALIZACION	CAIRE	1528	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACION	TRG-USA	P0429	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACION	ESSEX	P0452	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACION	ESSEX	P0453	MAYO	Contratista Externo	CALIBRACION

8.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO COMPLETO MOUSE Y TECLADO COMPAQ	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	COMPAQ	0332	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	HIGIENE ORAL 1	HEWLETT PACKARD	0343	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	HIGIENE ORAL 2	SAMSUNG	0350	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	COMPAQ	0361	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE HP	URGENCIAS	COMPAQ	0363	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

COMPUTADOR CLON INTEL PENTIUM MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	CLON	0375	SEMESTRAL	MARZO - OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	HEWLETT PACKARD	0377	SEMESTRAL	MARZO - OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CLON INTEL CORE WDC TODO EN UNO	GERENCIA	HEWLETT PACKARD	0023	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL ACER i5	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	ACER	0024	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR ALL IN ONE HP PROCES	PYP AREA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0032	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO INTEL CORE I5	CONTROL INTERNO	LENOVO	0040	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	MANTENIMIENTO	HEWLETT PACKARD	0061	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO PAVILION	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0072	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP PRO 120-1184LA TODO EN UNO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0085	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL CON MOUSE GENIUS	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0893	SEMESTRAL	MARZO - OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	SAMSUNG	0894	SEMESTRAL	MARZO - OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR PORTATIL MUSE INHALAMBRIICO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0937	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	BUEN COMIENZO	HEWLETT PACKARD	0967	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TDO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	BUEN COMIENZO	HEWLETT PACKARD	0971	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	SALUD PUBLICA	HEWLETT PACKARD	0977	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE Y TECLADO GENIUS	FACTURACION URGENCIAS	COMPAQ	1059	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONTABILIDAD	HP	1434	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	FACTURACION	HP	1435	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
IMPRESORA HP OFFICE JETPRO 8600 PLUS	GERENCIA	HEWLETT PACKARD	0025	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP OFFICE JETPRO 8600 PLUS	CONTROL INTERNO	HEWLETT PACKARD	0039	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT PRO P1606DN	SECRETARIA	HEWLETT PACKARD	0060	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT P1102W SRN	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0071	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

IMPRESORA HP LASER JET PRO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0083	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
COMPUTADOR HP PRO 120-1184LA TODO EN UNO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0085	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO COMPAQ E1	CARTERA	COMPAQ	0101	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	ADMINISTRACION Y FINANCIERA	HEWLETT PACKARD	0115	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON TECLADO PLACAS 3006 Y MOUSE	FACTURACION	HEWLETT PACKARD	0127	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON MONITOR CPU Y TECLADO GENIUS	SISTEMAS	CLON	0135	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I5	SISTEMAS	TOSHIBA	0150	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	ALMACEN	HEWLETT PACKARD	0156	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HEWLETT PACKARD	SECRETARIA	HEWLETT PACKARD	0179	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HP Y TECLADO GENIUS	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0208	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HP Y TECLADO GENIUS	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0212	SEMESTRAL	MARZO- OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO GENIUS Y MOUSE HP	FARMACIA	HEWLETT PACKARD	0236	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	HEWLETT PACKARD	0259	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR I5 P CON TECLADO Y MOUSE	CONSULTORIO 3	HEWLETT PACKARD	0275	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP COMPAQ PRESONO CQL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	HEWLETT PACKARD	0329	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO GENIUS Y MOUSE HP	CONSULTORIO 4	HEWLETT PACKARD	0412	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	IMAGENOLOGIA	COMPAQ	0423	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO	IMAGENOLOGIA	DELL	0434	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO PRESONO CON MOUSE COMPAQ Y TECLADO G	FARMACIA	COMPAQ	0470	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	CONTABILIDAD	HEWLETT PACKARD	0500	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO COREI3 TECLADO Y MOUSE HP	CONSULTORIO 1	HEWLETT PACKARD	0514	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

COMPUTADOR PORTATIL	PROGRAMA APS	ACER	0536	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	VACUNACION	HEWLETT PACKARD	0543	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL PRESARIO	VACUNACION	COMPAQ	0568	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
PORTATIL HP 5CGO4254TY		HP	1537	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
PORTATIL HP CON PROCESADOR	HIGIENE ORAL 1	HP LAPTOP	1554	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
PORTATIL HP CON PROCESADOR	HIGIENE ORAL 2	HP LAPTOP	1555	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
PORTATIL HP 15DW1056 LA CON PROCESADOR	ARCHIVO CENTRAL EN SECRETARIA	HP LAPTOP	1556	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR INTEL CORE 2 1 GB RAM	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	QBEX	0572	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0601	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0649	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL MUSE INHALAMBRICO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0691	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

COMPUTADOR TODO EN UNO CORE I3 MOUSE Y TECLADO	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0835	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HA Y TECLADO UNITECH	URGENCIAS	HP	1062	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE COMPAQ Y TECLADO GENIUS	HOSPITALIZACION	HP	1072	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE GENIUS Y TECLADO COMPAQ	HOSPITALIZACION	COMPAQ	1184	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	1207	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	PROMOCION Y PREVENCIÓN GENERAL	HEWLETT PACKARD	1208	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HEWLETT PACKARD	1209	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	ARCHIVO CENTRAL EN SECRETARIA	COMPAQ	1260	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL ASUS	GERENCIA	ASUS	1360	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	LABORATORIO	LENOVO	1367	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	1368	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONSULTORIO 2	HEWLETT PACKARD	1379	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONSULTORIO 5	HEWLETT PACKARD	1380	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	HP	1432	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HP	1433	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
IMPRESORA LASER JET	FACTURACION	HEWLETT PACKARD	0100	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA EPSON 2190	CONTABILIDAD	EPSON	0107	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA SN:058103508	ALMACEN	EPSON	0155	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 3	HEWLETT PACKARD	0158	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0193	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	ADMISIONES	EPSON	0207	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0213	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

IMPRESORALASER JET P1102W	BODEGA ALMACEN	HP	0283	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	HEWLETT PACKARD	0330	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	LABORATORIO	HEWLETT PACKARD	0362	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 4	HEWLETT PACKARD	0413	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	IMAGENOLOGIA	HEWLETT PACKARD	0424	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	FARMACIA	HEWLETT PACKARD	0471	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET P1102W	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	0501	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA CANNON G2100	COMUNICACIONES	CANNON	0515	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	SALUD PUBLICA	HEWLETT PACKARD	0531	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PROGRAMA APS	HP	0534	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	VACUNACION	HEWLETT PACKARD	0547	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

IMPRESORA LASER JET PRO M130FW HP BLANCA	CARTERA	HEWLETT PACKARD	0571	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	HEWLETT PACKARD	0578	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 5	HEWLETT PACKARD	0602	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0623	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0651	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0693	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	HP	0847	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HEWLETT PACKARD	0869	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	HP	0902	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERJET PRO M102W	ALMACEN	HEWLETT PACKARD	0938	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER HP M102W BLANCA	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0976	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	0999	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, SN: D38425002	FACTURACION URGENCIAS	EPSON	1055	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	FACTURACION URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	1060	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET PRO	URGENCIAS	HP	1073	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP LASER JET P1102W	HOSPITALIZACION	HP	1181	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP P1102W	SECRETARIA	HP	1206	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERJET PRO M102W	PYP AREA ADMINISTRATIVA	EPSON	1351	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA EPSON LX-300 + II SN:387291	LABORATORIO	EPSON	1363	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 890 SN:236486	LABORATORIO	EPSON	1364	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BUEN COMIENZO	EPSON	1376	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0717	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0718	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0791	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0793	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0796	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0799	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0800	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0801	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0802	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0803	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0806	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0808	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0813	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0814	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0822	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0823	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA. VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE. LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
DESTRUCTORA DE PAPEL	ARCHIVO CENTRAL EN SECRETARIA	FELLOWES	1502	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL
VITRINA REFRIGERADORA	FARMACIA	KALLEY	1510	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL
CPU COMPUTADOR HP PVLION 590-P0033	ADMISIONES	HP	1475	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
PANTALLA LENOVO LED IPS DE 24"	ADMISIONES		1476	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO 510A-151CB	URGENCIAS	LENOVO	1482	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
PANTALLA LENOVO DE 21.5	URGENCIAS	LENOVO	1483	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP S01-PF100	CONSULTORIO 5	HP	1489	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

COMPUTADOR HP S01-PF100	CONSULTORIO 4	HP	1491	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP S01-PF100	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HP	1492	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP S01-PF1007	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HP	1496	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP S01-PF1007	FACTURACION URGENCIAS	HP	1503	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP S01-PF100	HOSPITALIZACION	HP	1504	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR DELL VOSTRO 3681	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	DELL	1515	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
IMPRESORA EPSON 3110	CONTROL INTERNO	EPSON	1480	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP DSKJET F4280	ARCHIVO CENTRAL EN SECRETARIA	HP	1481	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP LASER JET 107W	ALMACEN	HPL	1488	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
UPS HORIZONTAL DE 650 W	PYP AREA ADMINISTRATIVA	STAR TEC	0001	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE 650 W	GERENCIA		0035	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

UPS DE 1000VA REGULADA INTERACTIVA	URGENCIAS	POWERBACK	0037	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W STARTEC	SECRETARIA		0044	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE W	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	UNITECH	0080	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	STARTEC	0087	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 650 W	CARTERA	UNITECH	0097	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL 650W	CONTABILIDAD		0111	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE VOLTAJE DE 600 W	FACTURACION	STARTECH	0124	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	SISTEMAS	STARTEC	0136	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS.SMART NET-2200 TRIPPLITE	SISTEMAS	TRIPPLITE	0137	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 650 W	SISTEMAS	UNITECH	0148	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 650 W	ALMACEN	UNITECH	0161	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

UPS HORIZONTAL DE 600 W	ATENCION AL USUARIO	STARTEC	0182	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	ADMISIONES	UNITECH	0199	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	ADMISIONES	STARTEC	0200	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	CONSULTORIO 1	STARTEC	0233	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 500 W	LABORATORIO	FORZA	0357	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL	LABORATORIO	UNITECH	0360	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS	LABORATORIO	TRIPPLITE	0391	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	CONSULTORIO 1	UNITECH	0415	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	IMAGENOLOGIA	STARTEC	0427	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	CONSULTORIO 2	STARTEC	0451	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	FARMACIA	STARTEC	0472	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

UPS DE VOLTAJE DE 600 VA	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	UNITECH	0506	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL	LABORATORIO	UNITECH	0516	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL	VACUNACION	UNITECH	0545	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	UNITECH	0575	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	CONSULTORIO 5	UNITECH	0604	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	UNITECH	0626	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	UNITECH	0648	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	UNITECH	0690	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	UNITEC	0834	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	UNITEC	0842	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 VA	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	UNITEC	0862	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

UPS HORIZONTAL DE 650 W STARTEC	BUEN COMIENZO	STAR-TEC	0966	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 650 W STARTEC	BUEN COMIENZO	STAR-TEC	0972	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS INTERACTIVA DE 850 V	SALUD PUBLICA	UNITECH	0978	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 650 W STARTEC	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	STAR-TEC	0997	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	FACTURACION URGENCIAS	UNITECH	1058	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 VA	URGENCIAS	UNITECH	1065	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 W	URGENCIAS	UNITECH	1068	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 VA	HOSPITALIZACION	UNITECH	1182	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS HORIZONTAL DE 600 VA	HOSPITALIZACION	UNITECH	1189	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS 12 V UNITEC	URGENCIAS	UNITEC	1417	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS 12 V UNITEC	SUGERENCIA ADMINISTRATIVA	UNITEC	1418	SEMESTRAL	ABRIL- NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

UPS 12 V UNITEC	ALMACEN	UNITEC	1419	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS 12 V UNITEC	CONTABILIDAD	UNITEC	1420	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS 3000VA CDP	LABORATORIO	CDP	1424	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE 650 W	CONSULTORIO 5	STARTEC	1490	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE 650 W	HOSPITALIZACION	STARTEC	1505	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE 6KW		MTEK	1570	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS 2KVA		MTEK	1574	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
UPS DE 650 W	CONTROL INTERNO	STRTEC	1507	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS
PLANTA TELEFONICA	SISTEMAS	PANASONIC	0149	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PLANTA ELECTRICA SN: 10047G	MANTENIMIENTO		1215	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA SIN ESCARCHA 266 LITROS	LABORATORIO	CENTRALES	0370	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

NEVERA DE 45 L	BUEN COMIENZO	HACEB	0537	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA 257 LITROS PLATEADA	VACUNACION	HACEB	0541	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HACEB	0668	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA ELECTRICA DE 6 PIES	MORGUE	CENTRALES	0714	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA ELECTRICA DE 6 FT	URGENCIAS	CENTRALES	1038	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA ELECTRICA DE 6 PIES	LACTARIO	HACEB	1120	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL
NEVERA MINI BAR OSTER	SALA DE PARTOS	OSTER	1448	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL

8.4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE APOYO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	ANUAL	MARZO	CONDUCTOR	LIMPIEZA DEL CARBURADOR

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	FERNOS -LLANTAS Y LUCES
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	POR KILOMETRO RECORRIDO ENTRE 1500 Y 2000	POR KILOMETRO RECORRIDO ENTRE 1500 Y 2000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMINETO DE COJINERIA
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	REVISION KIT DE ARRASTRE
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE SUSPENSIONES
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE BATERÍA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	SEMESTRAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	MANTENIMINETO DE COJINERIA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS DELANTERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000	CONDUCTOR	ROTACION DE LLANTAS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	ANUAL	MARZO	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE INYECTORES
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMIENTO DE LUJOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS TRASERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE SUSPENSIONES
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	ANUAL	MARZO	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE INYECTORES
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMIENTO DE LUJOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS TRASERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY BG-3600	381	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY BG-3600	381	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO, CALIBRACIÓN ÓPTICA, LUBRICACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
EQUIPO DE RX CON FUENTE DE PODER	RX	ECONET	445	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS
EQUIPO DE RX ODONTOLOGICO SANDRI	ODONTOLOGIA	ECONET	294	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS
CONGELADOR	MANTENIMIENTO		1250	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA REVISIÓN DE TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO, CARGA DE GAS Y PARTE ELECTRICA
MUEBLE DE 7 GAVETAS EN FORMICA DE PARED	HOSPITALIZACION	MADERA	1173	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO DE 3 GAVETAS	PYP AREA ADMINISTRATIVA	SIN MARCA	0031	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO RECTO CON ARCHIVADOR M	SECRETARIA	SIN MARCA	0064	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE COMPUTO CON PORTATECLADO MADEC	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	SIN MARCA	0074	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO DE DOS ARCHIVADORES Y	ADMISIONES	SIN MARCA	0202	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE RECEPCION CON DOS ARCHIVADORES DE 3 CAJONES	IMAGENOLOGIA	SIN MARCA	0428	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE RECEPCION CON DOS ARCHIVADORES DE 3 CAJONES	IMAGENOLOGIA	SIN MARCA	0431	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 3 CAJONES	FARMACIA	SIN MARCA	0452	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO 2 CUERPOS PARA DISPENSAR MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0466	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE VIDRIO Y FORMICA PARA MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0467	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



MODULO DE VIDRIO Y FORMICA PARA MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0468	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1016	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1019	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1023	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1029	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1041	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1047	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICA DESMONTABLE	URGENCIAS	DOMETAL	1087	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	DOMETAL	1101	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PRINCIPAL DESPLEGABLE	AMBULANCIA ODT 766	SITMED	1345	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA ELECTROMECANICA	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1390	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PACIENTE 2 PLAN	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1391	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1016	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1019	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1023	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1029	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1041	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1047	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICA DESMONTABLE	URGENCIAS	DOMETAL	1087	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	DOMETAL	1101	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PRINCIPAL DESPLEGABLE	AMBULANCIA ODT 766	SITMED	1345	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA ELECTROMECANICA	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1390	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PACIENTE 2 PLAN	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1391	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA TELESCOPICA, 2 NIVELES	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	SIN MARCA	P0309	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DIVAN PLANO CON OVALO FACIAL	CONSULTORIO 2	SIN MARCA	0243	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0635	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION	CONSULTA MEDICA AMBULATORIA	SIN MARCA	0669	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

CAMILLA DE RECUPERACION DE PACIENTES	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0673	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0696	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL - CAMILLA DE PLACA 0348	HIGIENE ORAL 1	SIN MARCA	0347	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL CAMILLA DE PLACA 0346	HIGIENE ORAL 2	SIN MARCA	0349	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	SIN MARCA	0583	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

8.5 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)

DESCRIPCION	RESPONSABLE	MARCA VEHÍCULO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	PERIODO	ACTIVIDAD
AMBULANCIA	CONDUCTORES	TOYOTA	ODT766	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat
AMBULANCIA	CONDUCTORES	NISSAN	GVV539	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat
AMBULANCIA	CONDUCTORES	HYUNDAI	OLI056	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat
MOTOCICLETA	CONDUCTORES	HONDA 125	DCZ34A	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat



9. COSTO MANTENIMIENTO

NOMBRE	DESCRIPCION	N° MANTENIMIENTO POR AÑO	VALOR POR VISITA	VALOR TOTAL O VALOR PAQUETE (Ver P1 al final)
EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	Limpieza Mantenimiento y Ajustes	2	2.000.000.00	4.000.000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA	Limpieza y Reparación, Actualización de software	12	2.500.000.00	30.000.000.00
EQUIPO BIOMEDICO Y ODONTOLOGICO	mantenimiento preventivo y correctivo	2	5.000.000.00	10.000.000.00
CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ODONTOLOGICOS	Calibración de Equipos	2	11.000.000.00	22.000.000.00
INFRAESTRUCTURA	Pintura y resane, área deteriorada por el uso, humedad y construcción de Garaje, limpieza de redes, inspección, instalación de redes eléctricas	Según demanda		90.000.000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Latonería y pintura, desgaste por uso, repuestos, cambio de aceites	Según demanda		48.000.000.00
IMPREVISTOS O REPUESTOS				85.838.437.00

10. OBSERVACIONES

Los mantenimientos preventivos se realizarán bajo contratos por toda la vigencia o se elaborarán órdenes de servicio por actividad dependiendo de la oferta de estos servicios y la disposición del prestador para realizarlos en la localidad.

11. REFERENCIAS:

Ley 100 de 1993, art. 189.

Decreto 1769 de 1994

Decreto 780 de 2016

Decreto 4725 de 2005

Resolución 3100 de 2019

Anexo Técnico No 1 de la República 1439, Estándares 2 y 3, Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad.

Circular 029 de 1997 de la Supersalud.

12. ANEXO 1

SNS 3000-VMH

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

1. Organización

Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento hospitalario:

- a) Si _____ (si la respuesta es afirmativa escriba el nombre y de quien depende orgánicamente)
- b) No (si la respuesta es negativa, describa quién responde por el mantenimiento hospitalario)

Por el mantenimiento Hospitalario responde al Gerente y al Administrador de la E.S.E.

2. Plan de Mantenimiento

Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura (¿el plan está escrito, hay una cartelera con las actividades y asignación de responsabilidades? ¿Se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular? Etc.)

Para este año existe un proyecto de dotación y mejoramiento de la planta física, donde se incluya la remodelación y la adecuación de algunas dependencias como garaje.

Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la dotación (¿el plan está escrito?, ¿hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades? ¿Se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular?, etc.

Existe un plan de mantenimiento por escrito

3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento

Número de profesionales (escriba el número y la profesión de cada uno)

Número de técnicos (escriba el número y la especialidad de cada uno)

Número de auxiliares (escriba el número y la especialidad de cada uno)

4. Recurso Financiero

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Indique como asignan y distribuyen los recursos para mantenimiento hospitalario

Los recursos para mantenimiento en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia, Antioquia, se asignan según el Decreto 1769 de 1994 y el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 que equivale al 5% o superior de total del presupuesto; y se distribuye de acuerdo a la cantidad de equipos, bienes muebles e inmuebles, y según su estado.

Recursos previstos para mantenimiento hospitalario durante el presente año (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descritos en la presente circular)

El valor del recurso asignado para el presente año es de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C (\$289.838.437)**

Los recursos de mantenimiento previstos equivalen al 5% del presupuesto total (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

Si.

Recursos asignados para el presente año para el mantenimiento de la dotación (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

\$66.000.000

Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la infraestructura (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución recursos descrito en la presente circular)

\$ 90.000.000

5. Gestión del servicio de mantenimiento

Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como por ejemplo: calderas, lavanderías, imagenología. Etc.)

Con el personal propio se realiza mantenimiento de tanques, áreas adyacentes, muebles y enseres de las oficinas y consultorios, además de limpieza de ambulancias.

Describa quién y cómo se realizan las auditorías de los contratos de mantenimiento que celebra la institución con empresas (describa el tipo de auditoría o revisión de contratos, verificación del cumplimiento de los mismos, etc.):

Las realiza el Gerente en coordinación con el Subdirector Administrativo, después de cada visita mediante acta y/o Hojas de vida de bienes.

Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos (¿qué hacen cuando sucede un accidente?);

No tienen informes de accidentes con equipos; si sucediera se elabora un informe del accidente de trabajo y se envía a la A.R.P.

¿Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de la institución? (describa si registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, número de horas empleadas en reparaciones, etc.)

Si. Se tiene hoja de vida de equipos donde se describe los mantenimientos y los cambios de repuestos

Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si está actualizada, tiene la descripción del equipo, el número de inventario, la ubicación física, el área o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio técnico del equipo, el número y la fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad de mantenimiento que recibe (p. ej. solo correctivo, correctivo y preventivo, periódico, por llamado etc..?))

Si.

El servicio de mantenimiento presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza)

Si. Los técnicos de mantenimiento dan las instrucciones sobre operaciones y cuidados de equipos.

Conoce el Decreto 1769 de 1994, ¿sobre mantenimiento hospitalario?

Si.

¿Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación? (describa el nombre del curso, el número de asistentes, si estos todavía laboran en la institución y el lugar o empresa que lo dictó)

6. Inventarios (Verifique la existencia de los inventarios. Este ítem debe cubrir las descripciones expuestas en el anexo 1 de la presente circular)

¿Planos de las redes? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)
Completo

¿Equipos Biomédicos? Si No Describa (El inventario esta completo, incompleto etc.)
Completo.

¿Equipos Industriales de uso hospitalario? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

¿Planos de las áreas físicas? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

¿Equipos de comunicaciones e informática? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

Muebles de usos asistencial y administrativo SI No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

Otros equipos y elementos no contemplado en los ítems Si No Describa (Verifique al azar la inclusión de algún equipo en el inventario)

7. Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento

¿Tiene talleres de mantenimiento, Si No Describa? (Como es el local, se puede considerar adecuado, espacioso, cuenta con muebles para el efecto, etc.)

¿Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y almacén de repuestos, Si No , Describa? (Como se almacena, existe tarjetero o kárdex, está distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuestos, etc.)

8. Dotación del servicio del mantenimiento

¿Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si No , Describa? (Loa muebles, se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc.)

¿Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si No , Describa? (Se pueden considerar adecuadas, son suficientes, etc.) son suficientes.

¿Dispone de manuales técnicos de los equipos? Verifique la existencia de por lo menos los manuales de los equipos de Rayos X y de los equipos de mantenimiento de la vida, si no existen describa el por qué o dónde se encuentran)

Si.

Convenciones:

Pr: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal propio de la institución.

Co: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal externo a la institución, contratado especialmente para esta labor.

Est: Se escribe en la casilla la valoración subjetiva correspondiente al estado en que se encuentra la dependencia, la escala de valoración es la siguiente:

0-25%	Bueno	1
26-50%	Regular	2
51-75%	Malo	3
76-100%	Ruina ¹	4

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD con fecha 14 de enero de 2023.

JAIME ANDRES MONTOYA ARTEAGA
Sub Director Administrativo